



**ประกาศสำนักงานกลางชั้нตงวัด**  
**เรื่อง กำหนดแบบมาตรฐานชั้นสามทางมวล ตั้งแต่ ๑ มิลลิกรัม ถึง ๒๐ กิโลกรัม**  
**ตามพระราชบัญญัติมาตราชั้นตงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒**  
**พ.ศ. ๒๕๕๘**

---

โดยที่เป็นการสมควรจัดให้มีแบบมาตรฐานชั้นสามทางมวล ตั้งแต่ ๑ มิลลิกรัม ถึง ๒๐ กิโลกรัม เพื่อใช้ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องซึ่งที่ใช้ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการซึ่ง หรือการใช้เครื่องซึ่งเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียม เป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก เร็ว และคล่องตัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั้นตงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบดีกรมการค้าภายในจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป**

ข้อ ๒ ให้ชุดตุ้มน้ำหนัก แบบ Weights Sets ทำด้วย Stainless Steel ตั้งแต่ ๑ มิลลิกรัม ถึง ๒๐ กิโลกรัม ของสำนักงานกลางชั้นตงวัด ศูนย์ชั้นตงวัดภาค และสำนักงานสาขาชั้นตงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่มีลำดับชั้นความเที่ยง F<sub>๑</sub> และ F<sub>๒</sub> ตามที่ International Organization of Legal Metrology กำหนดไว้ใน International Recommendation OIML R ๑๑๑ เป็นแบบมาตรฐานชั้นสามทางมวล

ข้อ ๓ ให้ชุดตุ้มน้ำหนัก แบบ Dish Weights ทำด้วย Stainless Steel ประกอบด้วย ตุ้มน้ำหนัก ๑ กิโลกรัม ๒ กิโลกรัม ๓ กิโลกรัม ๔ กิโลกรัม และ ๕ กิโลกรัม รวม ๕ ตุ้ม ของสำนักงานกลางชั้นตงวัด ศูนย์ชั้นตงวัดภาค และสำนักงานสาขาชั้นตงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่มีลำดับชั้นความเที่ยง F<sub>๑</sub> และ F<sub>๒</sub> ตามที่ International Organization of Legal Metrology กำหนดไว้ใน International Recommendation OIML R ๑๑๑ เป็นแบบมาตรฐานชั้นสามทางมวล

ข้อ ๔ ให้ชุดตุ้มน้ำหนัก แบบตุ้มวง ทำด้วย Stainless Steel ประกอบด้วย ตุ้มน้ำหนัก ๑๐ กรัม ๒๐ กรัม (๒ ตุ้ม) ๕๐ กรัม ๑๐๐ กรัม (๒ ตุ้ม) ๒๐๐ กรัม ๕๐๐ กรัม และ ๑ กิโลกรัม (๓ ตุ้ม) รวม ๑๑ ตุ้ม ของสำนักงานกลางชั้นตงวัด ศูนย์ชั้นตงวัดภาค และสำนักงานสาขาชั้นตงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่มีลำดับชั้นความเที่ยง M<sub>๑</sub> M<sub>๒</sub> และ M<sub>๓</sub> ตามที่ International Organization of Legal Metrology กำหนดไว้ใน International Recommendation OIML R ๑๑๑ เป็นแบบมาตรฐานชั้นสามทางมวล

ข้อ ๕ ให้ตุ้มน้ำหนัก ทำด้วยเหล็กหล่อ ได้แก่ ตุ้มน้ำหนัก ๑ กิโลกรัม ๒ กิโลกรัม  
๕ กิโลกรัม ๑๐ กิโลกรัม และ ๒๐ กิโลกรัม ของสำนักงานกลางซึ่งตั้งวัด ศูนย์ซึ่งตั้งวัดภาค และสำนักงาน  
สาขาซึ่งตั้งวัด กรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่มีลำดับชั้นความเที่ยง M๑ M๒ และ M๓ ตามที่  
International Organization of Legal Metrology กำหนดไว้ใน International Recommendation  
OIML R ๑๑๑-๑ เป็นแบบมาตรฐานสามทางมวล

ข้อ ๖ แบบมาตราชั้นสามทางมวลตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ต้องได้รับการสอบเทียบ  
ความเที่ยงกับแบบมาตราชั้นสองทางมวล ตั้งแต่ ๑ มิลลิกรัม ถึง ๒๐ กิโลกรัม ทุก ๓ ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๙๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)

อธิบดีกรมการค้าภายใน