



ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด

ว่าด้วย การกำหนดแบบมาตราและการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่
พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตร
น้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๕๑

เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิตมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานบริการ
ที่ประสงค์จะขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง
ตามสถานบริการที่ตนผลิตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ และความในข้อ ๕ (๑) และข้อ ๕ (๒) ของกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมการค้าภายในจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วย การกำหนด
แบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นของ
ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ผู้ผลิตมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานบริการ ต้องจัดให้มี
ถังตวงทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) ชนิดที่มีชั้นหนาตามมาตรฐาน พิกัดกำลังเท่ากับปริมาณ
น้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง และพิกัดกำลัง ๕ ลิตร ๒๐ ลิตร และ
๕๐ ลิตร และต้องได้รับการสอบเทียบรับรองความถูกต้องจากสำนักชั่งตวงวัดอย่างน้อยทุก ๆ ๑ ปี

เพื่อใช้เป็นแบบมาตรฐานสำหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ

ข้อ ๔ ผู้ผลิตมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการต้องดูแลรักษาแบบมาตรฐานตามข้อ ๓. ให้มีสภาพใช้งานได้ทุกขณะ

ข้อ ๕ ผู้ผลิตมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการต้องจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้สำหรับใช้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ โดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้

(๑) เป็นห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ที่มีสภาพมั่นคงถาวร แข็งแรงปลอดภัย และถูกต้องตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่ยื่นคำขอต่ออธิบดี และตั้งอยู่ในบริเวณที่มีทางคมนาคมไปมาสะดวกกับที่ตั้งของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา

(๒) มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมพอเพียงที่จะวางแบบมาตรฐานเพื่อทดสอบมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ

(๓) มีปั๊มสูบน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำให้มาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการมีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตรต่อนาที เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ

(๔) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างพอเพียง

(๕) มีอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ที่จำเป็น และเพียงพอ

ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ยรรยง พวงราช

(นายยรรยง พวงราช)

อธิบดีกรมการค้าภายใน